




## Moduli analogici/digitali Track-It™ – Dettagli di connessione

I moduli analogici/digitali Track-It™ permettono di misurare i segnali esterni dai registratori USB Track-It™. I segnali vengono sovrapposti sul connettore dei registratori USB. I moduli consentono il condizionamento del segnale e la connessione ai segnali esterni.

USB al  
Registratore →



← Ingresso  
Esterno


Modulo di ingresso esterno

Esistono moduli specifici in base al tipo di registratore Track-It™. Verificare la compatibilità tra il tipo di registratore e il modulo.


**AVVERTENZA: NON SUPERARE LE SPECIFICHE DI INGRESSO DEL MODULO. L'OPERAZIONE POTREBBE CAUSARE DANNI AL MODULO E AL REGISTRATORE AD ESSO COLLEGATO.**

### MODULI ANALOGICI CC (NON UTILIZZARE CON I REGISTRATORI DIGITALI/DI EVENTI)

**NOTA: I CONTATTI SUI MODULI DI INGRESSO ANALOGICI CC (IN1 E IN2) SONO COLLEGATI INSIEME NEL MODULO. NON SONO QUINDI ISOLATI TRA LORO O DAL REGISTRATORE.**




Modulo voltaggio cc




Modulo MilliAmp (deve essere l'ultimo nel loop)

### MODULO DI INGRESSO CA (UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE CON I REGISTRATORI DI EVENTI/DIGITALI).


**NOTA: IL MODULO DI INGRESSO CA È UN INGRESSO A SINGOLO CANALE CHE ACCETTA VOLTAGGI CA DA 100 a 230 VAC. L'INGRESSO È ISOLATO OTTICAMENTE DALL'USCITA (REGISTRATORE).**



### MODULI DI INGRESSO DIGITALE (UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE CON I REGISTRATORI DI EVENTI/DIGITALI)



INGRESSO DIGITALE (da 5 a 12 VCC @10mA)  
INGRESSI ISOLATI



CHIUSURA CONTATTO (CONTATTI LIBERI DA POTENZIALE)  
INGRESSI NON ISOLATI